

技术参数专家审核意见表

项目名称	安阳市中医院心脑血管及主动脉功能检测仪1台				
建设单位	安阳市中医院				
代理机构	河南聪鸿工程管理有限公司				
专家姓名	郭旭亮	联系方式	13937205450	工作单位	安阳市灯塔医院
专家姓名	牛雁	联系方式	13803723663	工作单位	安阳市荣军优抚医院
专家姓名	陈美玉	联系方式	13603728055	工作单位	安阳市肿瘤医院
专家姓名	杜炳林	联系方式	13526194948	工作单位	河南铮峰律师事务所
专家姓名	周喜超	联系方式	18238536543	工作单位	安阳市人民医院
专家审核意见： 1、建议删除重复参数、整合参数，删除第1项、第2项，整合第3项参数； 2、建议删除第4.7、4.11、4.13、4.14条参数； 3、建议删除第4.4项参数； 4、建议删除※号； 参数已修改，未见其他排他性，建议按照论证后的参数进行招标。					
专家签字：  签字日期：2025.4.15  					